

جناب آقای دکتر سیدسجاد رضوی

معاون محترم درمان

موضوع: الزام عدم استفاده از ساکشن های آبی در یونیت های دندانپزشکی

با سلام و احترام؛

با توجه به الزامات کیفی و فنی ثبت یونیت دندانپزشکی مندرج در مدرک شماره ۱۴-PR-RE با تاریخ شروع اجرای ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ و در راستای ارتقای کیفیت خدمات، استانداردسازی ارائه مراقبت های دندانپزشکی، پیشگیری از هدررفت منابع آبی و رعایت ملاحظات زیست محیطی، حذف ساکشن آبی از کلیه یونیت های دندانپزشکی الزامی می باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید حوزه نظارت بر درمان آن معاونت نسبت به اطلاع رسانی گسترده و اجرای این الزام در چارچوب زمان بندی اعلام شده از سوی آن حوزه، حداکثر تا ابتدای سال ۱۴۰۵، اقدامات لازم را معمول نماید.

همچنین شایسته است مراتب از طریق مقتضی، به اطلاع کلیه مراکز، مطب ها و درمانگاه های دندانپزشکی در بخش های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه رسانده شده و تأکید گردد که پس از انقضای مهلت مقرر، با مراکز فاقد انطباق با این استاندارد، مطابق ضوابط و مقررات جاری برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.

یادآور می شود، کلیه مراکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام می نمایند، می بایست به طور کامل منطبق با این الزام تجهیز و راه اندازی شوند و سایر مراکز فعال نیز ملزم اند حداکثر تا موعد مقرر نسبت به اصلاح ساختار یونیت های دندانپزشکی خود اقدام نمایند. به منظور تسهیل در اجرای این سیاست، پیشنهاد می گردد بند «عدم استفاده از سیستم ساکشن آبی در یونیت دندانپزشکی» به چک لیست های نظارتی اداره نظارت بر درمان افزوده شود.

پیشاپیش از همکاری جنابعالی و آن معاونت محترم در پیشبرد این اقدام مهم سپاسگزاریم.

مهدی پیر صالحی
معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

